

Пробирка вакуумная Vacutек с цитратом натрия 3.8%

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.4 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код голубой,
пластик / стекло

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.4 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Vacutек с цитратом натрия 3.8% предназначены для исследования системы гемостаза. Соотношение объемов крови и цитрата натрия – 9:1.

Материал для исследования: цитратная плазма

Центрифугирование: 2000-2500 g в течение 10-15 мин

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
1.8 мл	13×75 мм	Цитрат натрия 3.8%	VS07118P	VS07118G
2.7 мл			VS07127P	VS07127G
3.6 мл			VS07136P	VS07136G
4.5 мл			VS07145P	VS07145G
4.5 мл	13×100 мм		VS07245P	VS07245G
5.4 мл			VS07254P	VS07254G

Описание метода

Очень важно соблюдать правильное соотношение крови антикоагулянт в пробе с цитратом. Недостаток цитрата в пробе ведет к образованию микросгустков и/или коагуляции пробы, а избыток цитрата – к искажению результатов анализа за счет связывания кальция из реагентов.

Сразу после взятия образца пробирку с цитратом необходимо аккуратно перемешать не менее 5 раз для предотвращения образования микросгустков.

Образцы для анализа других тестов (например, тромбиновое время, протеин С, фактор V и фактор VII) хранятся при температуре 18-24°C и 2-4°C и должны быть центрифугированы и проанализированы не позднее, чем через 4 часа после взятия крови. Если анализ образца невозможен в течение 24 часов для ПВ и 4 часов для других аналитов, то плазма после центрифугирования должна быть отделена от клеток крови (перелита в другую пробирку) и заморожена. Замороженная плазма хранится при температуре 20°C до 2-х недель, при температуре -70°C до 6 месяцев.

Замороженную плазму размораживают при температуре 37°C осторожно перемешивая, анализируют сразу после размораживания. Если немедленно после размораживания образец не может быть проанализирован, то его можно хранить еще максимум 2 часа при температуре 4°C. Замораживание образцов может оказать влияние на результаты АЧТВ.