

Реагент для протромбинового времени Diagon Dia-PT 5

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, протромбиновое время

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Diagon серия Coag
Параметр определения	протромбиновое время
Фасовка	реагент растворитель
	10 фл x 5 мл 10 фл x 5 мл

Описание

Реагент для протромбинового времени **Diagon Dia-PT 5** – представляет собой экстракт мозга кролика, который содержит тканевой фактор, липиды и ионы кальция. В комплект входит растворитель. Определение ПВ по Quick является чувствительным тестом для скрининга внешнего пути свертывания крови.

Dia-PT в качестве реагента для ПВ высокочувствителен к антагонистам витамина К, пониженному уровню факторов внешнего пути (фактор II, V, VII и X), наследственным или приобретенным нарушениям свертывания крови и печеночной недостаточности.

Dia-PT оптимально использовать для предоперационного скрининга и мониторинга пероральной антикоагулянтной терапии.

Dia-PT используется для определения ПВ, проводимого ручным, полуавтоматическим и автоматическим способом и в мониторинге гепариновой терапии.

Срок годности: 24 мес

Стабильность после вскрытия: 12 суток при 2-8°C

Каталожный номер: 81050