

Оттисковой материал Safeprint P 7710

ИМ-7.102615 до 30.04.2020

активатор / базовая масса, для снятия слепка,
смешивание 30 с, рабочее время 1 мин 45 с,
застывание 5 мин

Dr. Ihde Dental AG, Швейцария

