

Глюкометр Bionime Rightest GM 550

ИМ-7.106794/2308

глюкометр, концентрация глюкозы 0.6-33.3 ммоль/л,
время измерения 5 сек, гематокрит 30-60 %, рабочая
температура - °С, ланцет, память, подключение к ПК,
тест-полоска

Bionime Corporation, Китай

