

Система микрохирургическая Stellaris PC

ИМ-7.106732 до 22.12.2025

режимы работы аспирация / ввод вязких жидкостей /
ирригация / факоэмульсификация, вакуум не менее 0-
150 мм.рт.ст, с пультом дистанционного управления

Bausch & Lomb Incorporated, США

