

## Система определения функций тромбоцитов Multiplate

ИМ-7.108395 до 07.04.2025

лабораторный, полуавтоматический, пятиканальный,  
метод исследования импедансный, используется  
цельная кровь, объем пробы 300 мкл

Roche Diagnostics GmbH, Германия

