

Амплификатор QuantStudio 3 Real-Time PCR System

ИМ-7.104328 до 02.08.2021

амплификатор, 96-луночный, объем пробирок 0.1 мл /
0.2 мл, нагревание 6.5°С/сек, охлаждение 6.5°С/сек

Life Technologies Holdings Pte. Ltd., Сингапур

