

Скалер ультразвуковой Varios 750

ИМ-7.102704 до 28.05.2020

режим работы скалинг / пародонтология / эндодонтия,
наконечник с оптикой / без оптики, 8 Вт, 28-32 кГц, с
автономной подачей воды

Nakanishi Inc., Япония

