

Стерилизатор паровой для обеззараживания медицинских отходов СМО-750

ИМ-7.102062/1707 до 01.12.2019

обеззараживатель, для отходов класса Б / В, объем камеры 800 л, производительность 300 л/цикл, температура стерилизации 110-134 °С, с встроенным принтером, с системой безопасности, фильтр

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия

