

## Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот C1000 Touch с оптическим модулем CFX96

ИМ-7.107171 до 06.12.2023

амплификатор, 96-луночный, объем пробирок 0.2 мл, объем реакционной смеси 1-50 мкл, градиентный нагрев, температура 0-100°C, нагревание 5°C/сек, охлаждение 5°C/сек, с автоматизацией

Bio-Rad Laboratories, США

