

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот T100 Thermal Cycler

ИМ-7.107171 до 06.12.2023

амплификатор, 96-луночный, объем пробирок 0.2 мл,
градиентный нагрев, температура 4-100°C,
нагревание 4°C/сек, охлаждение 4°C/сек

Bio-Rad Laboratories, США

