

Тест-система «Набор для определения ристоцетин-кофактора» / Ristocetin Cofactor Kit, кат. № 5370

ИМ-7.98849/1611 до 01.11.2021

система открытая

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Назначение	определение активности фактора Виллебранда
Фасовка	- лиофилизированные тромбоциты – 4 шт. × 5 мл - ристоцетин (10 мг/мл) – 2 шт. × 1.5 мл - калибровочная плазма – 2 шт. × 1 мл - контроль качества (патология) для тест-системы «Ристоцетин-кофактор» – 2 шт. × 0.5 мл - тестовый реагент Трис-буфер – 1 шт. × 35 мл

Описание

Тест-система «**Ристоцетин кофактор**» / Ristocetin Cofactor Kit предназначена для количественного определения активности фактора Виллебранда в цитратной человеческой плазме. Она используется для измерения возможности плазмы пациента склеивать зафиксированные формалином тромбоциты в присутствии ристоцетина.

Основные характеристики:

- золотой стандарт исследования фактора Виллебранда;
- высокоактивные тромбоциты;
- коэффициент вариации < 5%;
- полный комплект;
- линейная калибровка от 20-140%;
- подходит для использования со всеми агрегометрами, чья работа основана на измерении величины светового потока.