

Центрифуга-вортекс Biosan CVP-2 для ПЦР планшето

ИМ-7.108153 до 19.12.2024

1500 об/мин, ускорение 175 g, вортексирование 300-1200 об/мин, дисплей, звуковое оповещение

Biosan SIA, Латвия

